

Indicador de Campo Magnético Residual

Indicador de magnetismo residual 10 Gauss - calibrado



O indicador de campo de 10 gauss proporciona flexibilidade na medição do magnetismo residual de uma peça inspecionada, em aplicações de ensaios não destrutivos por partículas magnéticas.

Benefícios

- Auxilia no processo de identificação do magnetismo residual
- Fácil visualização no mostrador
- Possui escala de -10 a +10 gauss

Conformidade

Especificações/Normas:

- ASME BPVC
- ASTM E709
- ASTM E1444

Modelo

Indicador de Magnetismo Residual - 10 GAUSS - 049552100200000